ALCOOLTESTE
BAFÔMETRO DESCARTÁVEL

BAFÔMETRO DESCARTÁVEL

Fácil de usar



Quebre o selo
Sopre por 10 segundos
Tenha o resultado

Certificado pela
TÜV - Europa
(European Certification Quality Company)

Espere 20 minutos após sua última bebida.

Pressione firmemente as duas extremidades do tubo para quebrar o lacre de segurança.



Respire profundamente e sopre calmamente, de forma contínua. Sopre até que o ponto térmico com contorno preto desapareça. Se o ponto não desaparecer, repita o sopro.



Após 4 minutos, compare a cor dos cristais com a cor da escala.



ESCALA

0,00 mg/L 0,0 ‰	0,10 mg/L 0,2 ‰	0,25 mg/L 0,5 ‰